

Załącznik Nr 2. Zestawienie zużycia elementów składowych taryfy

Tabela 1. Zestawienie zaangażowania poszczególnych grup personelu w realizację pojedynczego świadczenia OMSCMRT.

Etap leczenia	Grupa zawodowa personelu medycznego (nazwa)	Liczba osób personelu medycznego biorącego udział w planowaniu	Łączny czas zaangażowania wszystkich osób z danej grupy zawodowej [h]
Planowanie	Fizyk medyczny Zakład Planowania Radioterapii i Brachyterapii	2	7,00
Planowanie	Fizyk medyczny Zakład Fizyki Medycznej	1	1,50
Planowanie	Lekarz radioterapeuta Zakład Radioterapii	3	4,00
Planowanie	Technik elektroradiolog Zakład Planowania Radioterapii i Brachyterapii	2	1,00
Planowanie	Pielęgniarka	1	0,25
Napromienianie	Technik elektroradiolog	3	9,00
Napromienianie	Lekarz radioterapeuta	1	3,00
Napromienianie	Pielęgniarka	1	1,50
Kontrola	Lekarz radioterapeuta	1	1,00
Kontrola	Sekretarka medyczna	1	1,00
Kontrola	Pielęgniarka	1	1,00

Tabela 2. Zestawienie zużycia produktów leczniczych podczas realizacji pojedynczego świadczenia OMSCMRT.

Etap leczenia	nazwa handlowa	nazwa międzynarodowa	Typ jednostki miary (postać, pojemność, dawka)	Liczba jednostek miary podanych pacjentowi	Częstość zastosowania w całej populacji pacjentów [%]
Napromienianie	Mannitol	Mannitolum	worek	3	55
Napromienianie	Dexaven	Dexamethasonum	amp	3	55
Napromienianie	Relanium	Diazepamum	amp	1	5

Tabela 3. Zestawienie zużycia jednorazowych wyrobów medycznych podczas realizacji pojedynczego świadczenia OMSCMRT.

Etap leczenia	nazwa wyrobu medycznego	typ	producent	jednostka miary (szt itp.)	Liczba	Częstość zastosowania w całej populacji pacjentów [%]
Planowanie	maska termoplastyczna		Orfit	szt	1	60
Planowanie	rękawiczki jednorazowe		Semperit	szt	4	100
Planowanie	jednorazowe pokrycie higieniczne		Molnlycke health care	szt	1	100
Planowanie	znacznik śródkankowy GoldAnchor		Naslund Medical Inc.	szt	4	35
Napromienianie	rękawiczki jednorazowe	ochrona	Semperit	szt	24	100
Napromienianie	jednorazowe pokrycie higieniczne	ochrona	Molnlycke health care	szt	3	100
Napromienianie	Wenflon pro safe dożylny	sprzęt	BD	szt	1	55
Napromienianie	Strzykawka	sprzęt	BD	szt	3	55
Napromienianie	Plaster do wenflonu	sprzęt	BD	szt	1	55
Kontrola	filmy dozymetryczne					

Tabela 4. Zestawienie zużycia wielorazowych wyrobów medycznych podczas realizacji pojedynczego świadczenia OMSCMRT.

Etap leczenia	Nazwa	typ	producent	Przeciętna ilość użyć w trakcie realizacji jednego świadczenia	Przeciętna ilość użyć ogółem	Częstość zastosowania w całej populacji pacjentów [%]
Planowanie	Materac próżniowy wykonany z nylonu			3	90	40
Planowanie	podkładka					
Napromienianie	Kamizelki do systemu Synchrony		Accuray	3	3	5
Napromienianie	Zestaw detektorów do systemu Synchrony		Accuray	3	36	5
Napromienianie	Aniosgel 85 NPC 500 ml	dezynfekcja	Anios	12	730	100
Napromienianie	Oxivir plus spray 750 ml	dezynfekcja	Multifill	6	100	100

Tabela 5. Zestawienie wykonań procedur medycznych podczas realizacji pojedynczego świadczenia OMSCMRT.

Etap leczenia	ICD-9 (jeśli istnieje)	Nazwa	Liczba	Częstość zastosowania w całej populacji pacjentów [%]
Planowanie	87.031	Tomografia komputerowa głowy bez i ze środkiem kontrastowym	1	60
Planowanie	87.037, 87.411, 88.011, 88.384, 88.386, 88.388	Tomografia komputerowa innej okolicy anatomicznej z i bez środka kontrastowego	1	40
Planowanie	88.901	Rezonans magnetyczny głowy bez i ze środkiem kontrastowym	1	55
Planowanie	88.975, 88.924, 88.976, 88.903, 88.905, 88.936, 88.937, 88.938	Rezonans magnetyczny innej okolicy anatomicznej bez i ze środkiem kontrastowym	1	35
Planowanie	92.06	Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET)	1	15
Planowanie	M37.09	Kreatynina	1	100
Napromienianie	C55.083	Morfologia	1	95