



Opinia Rady Konsultacyjnej

Rada Konsultacyjna na posiedzeniu w dniu 04.01.2010r. omawiała temat przygotowania analizy zasadności finansowania ze środków publicznych zabiegów rekonstrukcji ubytku nerwów obwodowych przy użyciu implantu wchłanianego NeraGen® – na podstawie art. 31n pkt 5 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, zlecony przez Ministra Zdrowia dn. 28 września 2010r. (pismo znak MZ-PL-460-8365-81/GB/09), w wyniku czego przyjęła poniższą opinię:

Rada Konsultacyjna wydaje negatywną opinię (zgodnie ze zleceniem Ministra Zdrowia z dn. 28 września 2009r., na podstawie art. 31n pkt.5) o zasadności finansowania ze środków publicznych zabiegów rekonstrukcji ubytku nerwów obwodowych przy użyciu implantu wchłanianego NeuraGen.

Uzasadnienie

NeuraGen® jest wchłanianym implantem, wykorzystywanym w rekonstrukcji nerwów obwodowych. Brak jest wiarygodnych dowodów naukowych pozwalających na porównanie jego efektywności z innymi technikami rekonstrukcji nerwów. Jest to technologia, która ułatwia i skraca zabieg rekonstrukcji, ale nie ma przewagi nad innymi technikami operacyjnymi pod względem jego efektywności. Główną składową wysokiego kosztu zabiegu z wykorzystaniem NeuraGen® jest cena samego implantu. Wobec powyższego, Rada nie widzi podstaw do pozytywnego zaopiniowania wniosku.

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Pasierski
Przewodniczący Rady Konsultacyjnej

